



"Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих" ЕООД
7400 гр. Исперих, ул. "Ахинора" 39, Управител: Д-р А. Заргар
тел /факс 20-20, тел. 25-17, e-mail: mbal2isperih@abv.bg

Изх.№ 330/01.06.2018г.

**ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНите Лица**

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов спирален компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ -Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, чрез финансов лизинг със срок от 36 месеца /три години/**“, открита с Решение № 300 / 14.05.2018г., с уникатен номер на поръчката в регистъра на Агенция по обществени поръчки **01090-2018-0001**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по „открита“ процедура с горепосочения предмет и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП давам следните разяснения:

ВЪПРОС: Във връзка с осигуряване на високо съотношение качество/точност/бързина на придобиване на медицинския образ за качествена и достоверна диагностика в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, бихте ли приели да се въведе допълнителен критерий към Глава III: Техническа спецификация, а именно: „Ширина на детектора по Z-оста мин.20мм“, което представлява минимумът за осигуряване на качеството на медицинската апаратура и висока диагностична стойност на получените образи?

ОТГОВОР: Параметрите в техническата спецификация са минимални и са съобразени с нуждите на лечебното заведение.

Възложителят не приема предложение за въвеждане на допълнителни критерии към глава III: "Техническа спецификация". Въвеждането на допълнителни критерии би довело до ограничаване възможностите за участие на някои производители и нарушаване правилата на ЗОП.

Прогнозната стойност на обществената поръчка показва максималната стойност до която може да бъде оферирала апаратура, отговаряща на изискванията в техническата спецификация, а не показател за "класа" на апаратурата, която да бъде оферирала.

ВЪПРОС: Съгласно Глава II: Цена и начин на плащане, т.1.9 В ценовото предложение участникът трябва да включи и стойността за доставка, монтаж и настройка на допълнителна, нова, оригинална рентгенова тръба, съответстваща на компютърния томограф, когато е необходима подмяната и извън срока на гаранционно обслужване.

Бихте ли приели т.1.9 от Глава II, да отпадне, тъй като продължителното съхранение на нова рентгенова тръба, представляваща вакуумен прибор, води до влошаване на

характеристиките на вакуума поради стареене на материала и загуба на диелектричните свойства?

ОТГОВОР: В документацията не е заложено изискване новата, оригинална рентгенова тръба да се достави заедно с апаратата, а да бъде доставена след изрична заявка от страна на Възложителя, при възникната необходимост от подмяна, като тази заявка може да бъде направена в срок до 10 години, считано от датата на пускане в експлоатация на компютърният томограф.

С уважение:

д-р Абдулах Заргар

Управител на „МБАЛ-Исперих” ЕООД

